

Экспертное заключение по закупу изделий медицинского назначения для травматологии и нейрохирургии на 2019 год.

г. Алматы

«27» февраля 2019 год.

Нами экспертами:

Заведующим отделением эндопротезирование - Аубакиров М.Г., заведующим отделением политравмы – Тусупов Д.М., И.О. заведующего отделением ортохирургии №2 - Муратбек Е.С., действующий на основании приказа № 01-05-13 от 31 января 2019 года, было проведено рассмотрение и изучение технических спецификации закупаемых изделий медицинского назначения для травматологии и нейрохирургии, для подтверждения соответствия либо несоответствия предлагаемых потенциальными поставщиками технической спецификации.

Доводим до Вашего сведения, что после изучения инструкции и технической спецификации потенциального поставщика ТОО «Эль-Фарм» в соответствии с предоставленным РУ, обнаружен ряд недостатков и несоответствий комплектующих, для спице-стержневого аппарата по Г.А Илизарову. Технические данные, потенциального поставщика в лице ТОО «Эль-фарм» не обладают достаточной информативностью, а в ряде случаев не соответствуют требованиям тендерной документации.

1) В техническом описании спиц были обнаружены следующие несоответствия техническим требованиям: Не соответствует размер спиц 1,8x370, потенциальным поставщиком были предоставлены спицы размером 1,8x400 мм. Шероховатость спиц потенциального поставщика 0,12 мкм, в требованиях тендерной документации 0,2 мкм. Не конкретизированы размеры хвостовиков спиц, что важно при фиксации спиц фиксирующими элементами, нет данных о радиусе притупления рабочей части спиц, нет данных об осевом усилии на сдвиг спиц с упором (в тендерных требованиях значатся 120 кг), нет данных о материале изготовления упора, на спицах с упором(в требованиях тендерной документации значится серебросодержащий припой с долей серебра 40%, так же указана марка стали 12X18H10T, а в требованиях тендерной документации марка стали 12X18H9 по ГОСТ 5632. Спицы не должны иметь сроков годности и сроков стерилизации, т.к должны поставляться не стерильными. У потенциального поставщика указан срок годности.

2) В техническом описании резьбовых стержней были обнаружены следующие несоответствия техническим требованиям: не указано по всей длине нарезана резьба, или на части длины стержня, не указана форма торцевых частей стержня, что важно при накручивании гаек на стержень, в требованиях тендерной документации указана сферическая форма торцов радиусом от 3 до 3,5 мм. Материал изготовления в требованиях тендерной документации коррозионно-стойкая сталь марки 14X17H2 по ГОСТ 5632, у потенциального поставщика не указано что сталь коррозионно-стойкая. В технических требованиях тендерной документации указана шероховатость поверхности 3,2 мкм, у потенциального поставщика 0,32 мкм.

3) В техническом описании полуколец были обнаружены следующие несоответствия техническим требованиям: в технических требованиях тендерной документации указан материал изготовления сталь марки 12X18H10T по ГОСТ 5632, у потенциального поставщика материалом изготовления является титан, что не соответствует другим элементам спице стержневого аппарата по Г.А.Илизарова. Не указано имеют ли отверстия равномерный шаг, симметричность отверстий относительно внешнего и внутреннего краев, что важно при моделировании системы на конечностях.

Члены экспертной комиссии:

Аубакиров М.Г.  заведующий отделением эндопротезирование;

Тусупов Д.М.  заведующий отделением политравмы;

Муратбек Е.С.  И.о. заведующего отделением ортохирургии №2;