

**Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

г. Алматы

«10» июля 2019 года.

ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения расположенное по адресу, г. Алматы, ул. Папанина, 220, объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу фильтров на аппарат «Equator» EQ – 5000, датчиков потока на аппарат CARESCAPE R860, эндоскопических ножниц и лигирующих клипсов на 2019 год.

№	Наименование товара	Краткое тех. характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма в тг.
1	Фильтр на аппарат «Equator» EQ – 5000	Сменный воздушный фильтр для прибора согревающего конвекционного типа «Equator» EQ – 5000. Должен состоять из эллипсообразной сборки фильтра, прокладки и 4 крепежных втулок. Фильтрующий материал плотностью 0,2 микрона. Эффективная фильтрация на скорости воздушного потока 8,4-12,7 м/сек.	шт.	4	215 000	860 000
2	Клапан выдоха с датчиком потока на аппарат CARESCAPE R860	Тип: Многоразовое использование Материал: Полифенилсульфон PPSU; Точность: ± 10%; Сопротивление потоку: <2,5 мбар; Диапазон давления: ± 160 мбар; Рабочая температура: от 15 до 40°С.	шт.	3	263 000	789 000
3	Ножницы эндоскопические, диаметр 5 мм, длина 330 мм со стандартными лезвиями	Эндоскопические ножницы одноразового пользования с изогнутыми стандартными лезвиями «N-CUT» для гинекологии. Рабочая длина: 330 мм; Диаметр: 5 мм; Длина лезвий: 17 мм. Два подвижных лезвия могут быть использованы для диссекции. Рукоятка должна быть сконструирована для эргономичного использования в абдоминальной хирургии и иметь тупой угол между рабочей частью и рукояткой. Монополярный разъем должен быть расположен горизонтально. Белое регулировочное колесо.	шт.	5	45 730	228 650
4	Лигирующая клипса	Лигирующие клипсы средне-большие. Материал – титан. Форма сечения клипсы - волнообразная, в форме сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Форма концов аппликатора – прямоугольная. Очистка и промывка клипатора–при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширина клипсы 6,2 мм, высота 8,2 мм, длина в закрытом состоянии 8,9 мм. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора - зеленая. Количество клипс в картридже–24 штук. Количество картриджей в упаковке – 15.	уп.	1	250 580	250 580

Место поставки: город Алматы, Папанина 220;

Требуемые срок поставки товара: в течение 5 календарных дней со дня устной заявки заказчика;

Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением: до 17 часов 00 минут «17» июля 2019 года.

Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 08 часов 00 минут «18» июля 2019 года, по адресу: город Алматы, Папанина 220, отдел государственных закупок;

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3 - 4 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 (727) 300 36 19.

Главный врач:



Тезекбаев К.М.

Исполнитель: Ченгелбаева Б.К.
300 36 19