

**Объявление
о проведении закупок способом запроса ценовых предложений**

г.Алматы
«02» ноября 2017 года.

ГКП «Городская клиническая больница №4» на праве хозяйственного ведения расположенное по адресу, г.Алматы, ул. Папанина, 220, просит представить ценовые предложения на следующие товары:

№	Наименование	Краткое тех. характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма тг.
1	Насадка хирургическая модифицированная	Патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона.	шт	1	188 500,00	188 500,00
2	Насадка хирургическая под ключ 1/4	Патрон с ключевым соединением до 6,35мм, 3-х кулачковый механизм фиксации. Возможность фиксации любых сверл диаметром до 6,35 мм. Количество зубцов фиксационного механизма: не менее 31, количество граней хвостовика: не менее 6. Количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона.	шт	1	301 250,00	301 250,00
3	Чехол стерилизуемый для батареи аккумуляторной большой System 6 для системы хирургической System-6	Герметично закрывающийся. Материал корпуса- термостойкий пластик, материал крышки- алюминиевый сплав. Уплотняющая термостойкая резиновая лента. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Маркировка полюсов на дне корпуса асептического блока. Размеры: длина 79 мм; ширина 74 мм; высота 89 мм; Масса 0,22 кг.	шт	2	443 520,00	887 040,00
4	Батарея аккумуляторная большая нестерилизуемая для системы хирургической System-6	Батарея аккумуляторная для системы хирургической. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Должен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при легкой нагрузке (5А) 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжелой (30 А). Материал корпуса: пластик. Вольтаж: 9,9 В, Емкость: не менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Размеры аккумулятора: Длина: не более 75 мм, Ширина: не более 61 мм, Высота: не более 67 мм, Масса: не более 350 г.	шт	4	204 204,00	816 816,00

Поставка товаров должна быть осуществлена в соответствии с условиями, предусмотренными для перевозки данных товаров в течение 10 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 15 часов 30 минут, «02» ноября 2017 года, по адресу: город Алматы, Папанина 220. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение, описание и объем фармацевтических услуг, разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрыты «02» ноября 2017 г., в 16:30 ч. по адресу: г. Алматы, ул. Папанина №220. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, который в течении 10 календарных дней со дня признания победителем представляет документы, предусмотренные пунктом 111 Правил в подтверждение соответствия квалификационным требованиям.

Главный врач:



Сейдуманов М.Т.

Исполнитель:
Специалист по государственным закупкам
Мусатирова А.М.
300 36 19